

电线电缆耐燃烧试验机 JX-6802A

概述:

本机满足 UL1581 、UL62 标准要求, 用于测试电线电缆绝缘体或被覆的防火情形。试法是将试样固定于本机不受吹动之火焰顶端, 燃烧 15 秒, 熄灭 15 秒, 反复 5 次, 试验后取下试样检视试样被焚率。本机可设定燃烧时间、间歇时间及次数并自动运行。

计时器: 2 组, 0~99.99 秒 可预置;

计数器: 0~9,999 次 可预置。

整套设备包括:

控制箱

垂直燃烧箱

水平燃烧箱

燃烧灯

电磁阀

高压点火器

燃气管

调压阀和控制信号线



控制箱具有燃烧计时器、停止计时器、循环计数器、自动 / 手动功能选择、垂直 / 水平功能选择开关及电源开关等。